

YDJ-A 光电一体阴道镜



技术参数：

- 1、图像分辨率 $\geq 600\text{TVL}$ ， $\text{CCD} \geq 400\text{TVL}$ 。
- *2、摄像机工作距离 30cm-50cm。光学放大 ≥ 10 倍摄像机电子最大放大 ≥ 100 倍。
- *3、工作距离范围内，摄像机最大照度 $\geq 1000\text{Lux}$ ，照度可调。
- 4、工作距离范围内，摄像机光源光斑直径 $\geq 65\text{mm}$ 。
- *5、摄像机在工作 30 分钟内，工作距离被照射部位温升 $< 10^\circ\text{C}$ 。
- 6、软件具有功能，包括病例功能；创建新病例；修改病人资料；在报告中添加图片；在报告中输入文本信息；在报告单模板包括单幅、双幅、四幅等多种型式；可以切换报告单格式；打印报告单前可以图像处理；亮度、对比度调节，测量、标注、返回；图像可多幅显示便于对比。
- 7、预览报告单；打印输出报告单；病例查询。
- 8、图像采集；可实现视频动态伪彩；镜头视频输入通道可调节。
- *9、产品注册证要求体现有光电一体镜头或类似文字。
- *10、要求提供注册产品的正规检测报告和临床报告。

硬件配置要求：

- *11、光电一体镜头可选配德国徕卡、奥普托米克、奥林巴斯、尼康、国产等品牌；
- *12、计算机要求用知名品牌电脑。